

T12 / GP

cella montata
capteur monté
Euro 150,00

cella NON montata
capteur PAS monté
Euro 125,00

Accessorio progettato per la pesatura di serbatoi, tramogge, piattaforme, ecc...; provvisti di una articolazione a compressione in acciaio INOX AISI 304 + GOMMA in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio della struttura. Piastra inferiore e viteria in acciaio galvanizzato. Piastra superiore in acciaio INOX AISI 304. In fase di trasporto e montaggio, per evitare il danneggiamento dovuto a urti e vibrazioni, assicurarsi che il bullone (*) sia completamente svitato sino a toccare con la testa la cella. Al termine del montaggio riavvitare il bullone in modo da allontanarlo e consentire il corretto funzionamento della cella.

Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.







Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la piastra superiore dell'accessorio, occorre inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

Accessoire conçu pour le pesage des réservoirs, trémies, plateformes, etc. pourvus d'une articulation à compression en acier INOX AISI 304 + CAOUTCHOUC en mesure de compenser la non planéité des plans d'appui de la structure. Plaque inférieure et visserie en acier galvanisé. Plaque supérieure en acier INOX AISI 304. Au cours des opérations de transport et de montage, afin d'éviter les dommages causés par les chocs et vibrations, vérifier que le boulon (*) soit entièrement dévissé jusqu'à toucher le capteur avec la tête. À la fin du montage revisser le boulon afin de l'éloigner et permettre un fonctionnement correct du capteur. Relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre. Dans le cas des structures avec 4 appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la plaque supérieure de l'accessoire, il est alors nécessaire d'insérer une épaisseur avant de serrer les boulons.


PIASTRA INFERIORE IN ACCIAIO GALVANIZZATO
GALVANIZED LOWER PLATE

PIASTRA SUPERIORE IN ACCIAIO INOX AISI 304
STAINLESS STEEL UPPER PLATE

ACCIAIO GALVANIZZATO
GALVANIZED STEEL



E' POSSIBILE ORIENTARE LA PIASTRA SUPERIORE IN QUALSIASI POSIZIONE
ORIENTATE MODULES AS THE SITUATION REQUIRES



	cella montata <i>capteur monté</i>	cella NON montata <i>capteur PAS monté</i>
PIATF + BLOCT (max 500 kg)	Euro 125,00	Euro 50,00
PIATF 2000 + BLOCT (max 1000 kg)	Euro 140,00	Euro 65,00
TF / PV (max 500 kg)	Euro 105,00	Euro 100,00
TF / PV / 2000 (max 1000 kg)		Euro 115,00
TF / PVZ (max 500 kg)		Euro 80,00

PIATF
PIATF 2000
BLOCT

BLOCT

Accessorio di montaggio in **acciaio INOX AISI 304**.
PIATF : Carico massimo statico 500 kg.
PIATF 2000 : Carico massimo statico 1000 kg.

Accessoire de montage en acier INOX AISI 304
PIATF: Charge statique maximale 500 kg
PIATF 2000: Charge statique maximale 1 000 kg

TF / PV - Z
TF / PV / 2000

PPV

PIEDINO (FOOT)
M12x1.75

BLOCT

PIATF / PIATF2000

Accessorio provvisto di piastra PPV in **acciaio INOX AISI 304** con all'interno piedino snodato M12 x 1.75 autocentrante su sfera (**PV**: **piedino in acciaio inox**; **PVZ**: **piedino in acciaio nichelato**) in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio della struttura. Viteria acciaio inox. Vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento. Max carico statico 500 / 1000 kg.

In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la parte superiore dell'accessorio, inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

Accessoire pourvu d'une plaque PPV en acier INOX AISI 304 avec à l'intérieur une articulation à rotules M12 x 1,75 à centrage automatique à bille (PV ; pied en acier inox; PVZ: pied en acier nickelé) en mesure de compenser la non planéité des plans d'appui de la structure. Visserie acier inox. Fixation contre le déplacement latéral et le renversement. Charge statique maximale 500/1 000 kg.


En phase de transport et de montage, pour éviter des dommages, s'assurer que la vis de blocage () soit en contact avec le dessous du capteur.*

À la fin du montage éloigner la vis pour permettre un fonctionnement correct du capteur. Relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre.

Dans le cas des structures avec 4 appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la partie supérieure de l'accessoire, insérer une épaisseur avant de serrer les boulons.

	cella montata capteur monté	cella NON montata capteur PAS monté
TF / FSB (max 500 kg)	Euro 90,00	Euro 65,00
TF / AST (max 500 kg)	Euro 110,00	Euro 85,00
TF / GP (max 500 kg)	Euro 110,00	Euro 85,00
TF / GP / 2000 (max 1000 kg)	Euro 125,00	Euro 100,00


TF / FSB



Articolazione in **acciaio INOX AISI 304 + GOMMA**, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio. Viteria acciaio inox. Max carico statico 500 kg. In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare il conduttore di rame alla struttura pesata, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra. Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la parte superiore dell'accessorio, inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

Articulation en acier INOX AISI 304 + CAOUTCHOUC, en mesure de compenser la non planéité des plans d'appui. Visserie acier inox. Charge statique maxi 500kg. En phase de transport et de montage, pour éviter des dommages, s'assurer que la vis de blocage () soit en contact avec le dessous du capteur. À la fin du montage éloigner à nouveau la vis pour permettre un fonctionnement correct du capteur. Relier le conducteur en cuivre à la structure pesée, puis les plaques inférieures entre elles au réseau de terre. Dans le cas des structures avec 4 appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la partie supérieure de l'accessoire, insérer une épaisseur avant de serrer les boulons.*


TF / AST



Articolazione sferica a trazione, in **lega d'alluminio**. Viteria in acciaio zincato. Carico statico appeso max 500 kg. In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare il conduttore di rame alla struttura pesata, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

Articulation sphérique à traction, en alliage d'aluminium. Visserie en acier galvanisé. Charge statique maximale suspendue 500 kg. En phase de transport et de montage, pour éviter des dommages, s'assurer que la vis de blocage () soit en contact avec le dessous du capteur. À la fin du montage éloigner à nouveau la vis pour permettre un fonctionnement correct du capteur. Relier le conducteur en cuivre à la structure pesée, puis les plaques inférieures entre elles au réseau de terre.*

**TF / GP
TF / GP / 2000**



**E' POSSIBILE ORIENTARE
LE PIASTRE IN QUALSIASI POSIZIONE**
 ORIENTATE MODULES AS
THE SITUATION REQUIRES

Piastra superiore in **acciaio INOX AISI 304**. Articolazione a compressione in **INOX AISI 304 + GOMMA**, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio. Viteria in acciaio inox.



Max carico statico 500 / 1000 kg.

In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra. Nel caso di strutture con quattro appoggi, se uno di questi non risulta a contatto con la piastra superiore dell'accessorio, occorre inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

Plaque supérieure en acier INOX AISI 304. Articulation à compression en INOX AISI 304 + CAOUTCHOUC, en mesure de compenser la non planéité des plans d'appui. Visserie en acier inox. Charge statique maximale 500/1 000 kg.

En phase de transport et de montage, pour éviter des dommages, s'assurer que la vis de blocage () soit en contact avec le dessous du capteur. À la fin du montage éloigner à nouveau la vis pour permettre un fonctionnement correct du capteur. Relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre. Dans le cas des structures avec quatre appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la plaque supérieure de l'accessoire, insérer une épaisseur avant de serrer les boulons.*

ACCSFERM12 (acciaio inox / acier inox)	Euro 30,00
ACCSFERM20 (acciaio inox / acier inox)	Euro 40,00






ANTIV

ARTICOLAZIONI ACCIAIO INOX + GOMMA ARTICULATION ACIER INOX + CAOUTCHOUC

ANTIV 35 per celle di carico / pour capteurs de pesage FCOL - FCK	Euro 25,00
ANTIV 40 per celle di carico / pour capteurs de pesage FTO - FTL - FTP - FTZ - FTK - FCAL - FCAX - FCA	Euro 30,00
ANTIV 45 per celle di carico / pour capteurs de pesage FCAL - FCAX - FCA	Euro 35,00

Articolazioni a compressione in grado di compensare la non planarità dei piani d'appoggio delle strutture.
Articulation à compression en mesure de compenser la non planéité des plans d'appui de la structure.








PIEDINI PER CELLE FCAX - FCAL - FCA - FCOL - FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK
PIEDS POUR CAPTEURS FCAX - FCAL - FCA - FCOL - FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK


PIEDINI

PIEDINOSB2ZNCM8	M8 x 1.25 (Foto G)	<i>Pied (Photo G)</i>	Euro 30,00 (cad.)
PIEDINOSB2M8	M8 x 1.25 (Foto F)	<i>Pied (Photo F)</i>	Euro 40,00 (cad.)
PIEDINOSB2ZNCM10	M10 x 1.5 (Foto G)	<i>Pied (Photo G)</i>	Euro 30,00 (cad.)
PIEDINOSB2M10	M10 x 1.5 (Foto F)	<i>Pied (Photo F)</i>	Euro 40,00 (cad.)
PIEDINOSB2ZNC	M12 x 1.75 (Foto B)	<i>Pied (Photo B)</i>	Euro 20,00 (cad.)
PIEDINOSB2M12	M12 x 1.75 (Foto D)	<i>Pied (Photo D)</i>	Euro 32,00 (cad.)
PIEDINOSB2M20	M20 x 2.5 (Foto E)	<i>Pied (Photo E)</i>	Euro 50,00 (cad.)

Piastre PPV e PPV80 per realizzare vincoli contro lo spostamento laterale e antiribaltamento (pag. 43, 44)
 Plaques PPV et PPV80 pour réaliser des fixations afin d'éviter le déplacement latéral et le renversement (page 43, 44)

<p>max 500 kg PIEDINO IN ACCIAIO NICHELATO AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADI E RONDELLE) PIED EN ACIER NICKELÉ À CENTRAGE AUTOMATIQUE À BILLE (AVEC ÉCROUS ET RONDELLES)</p>  <p>FOTO G (Photo G)</p>	<p>max 500 kg PIEDINO IN ACCIAIO INOX AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADI E RONDELLE) PIED EN ACIER INOX À CENTRAGE AUTOMAT. À BILLE (AVEC ÉCROUS ET RONDELLES)</p>  <p>FOTO F (Photo F)</p>	<p>max 2000 kg PIEDINO IN ACCIAIO NICHELATO AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADO) PIED EN ACIER NICKELÉ À CENTRAGE AUTOMAT. À BILLE (AVEC ÉCROUS ET RONDELLES)</p>  <p>FOTO B (Photo B)</p>	<p>max 2000 kg PIEDINO IN ACCIAIO INOX AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADO) PIED EN ACIER INOX À CENTRAGE AUTOMATIQUE À BILLE (AVEC ÉCROU)</p>  <p>FOTO D (Photo D)</p>	<p>max 5000 kg PIEDINO IN ACCIAIO INOX AUTOCENTRANTE SU SFERA (COMPLETO DI DADO) PIED EN ACIER INOX À CENTRAGE AUTOMAT. À BILLE (AVEC ÉCROU)</p>  <p>FOTO E (Photo E)</p>
--	---	---	---	---

Esempio di impiego di piedini regolabili (Example of feet application)



SNODI SFERICI ASSIALI IN ACCIAIO PER CELLE FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK
ARTICULATIONS Á ROTULES AXIALES EN ACIER POUR CAPTEURS FTL - FTO - FTP - FTZ - FTK

SNODI

SNODOGE12AX (celle / capteurs FTL, FTO, FTP, FTZ, FTK)	Euro 20,00
SNODOGE20AXKIT * (celle / capteurs FTK 3000 - 5000 ; FTZ 5000)	Euro 30,00
SNODOGE25AXKIT ** (celle / capteurs FTP 10000)	Euro 37,00

* compresi bullone 20 x 80 e rondella 22 x 60 zincati - *boulon 20 x 80 et rondelle 22 x 60 galvanisés inclus*
 ** compresi bullone 24 x 100 e rondella 26 x 72 zincati - *boulon 24 x 100 et rondelle 26 x 72 galvanisés inclus*

SNODI ASSIALI PER COMPENSARE LA NON PLANARITA' DEI PIANI D'APPOGGIO
ARTICULATIONS AXIALES POUR COMPENSER DE LA NON PLANÉITÉ DES PLANS D'APPUI

